

Gliwice, 16.04.2019

Zmiana dot. "Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu"

Dokument wprowadza zmianę w „Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – zaproszeniu do składania ofert na kriostat, cieplarkę oraz chłodziarkę”. W tabeli parametrów technicznych chłodziarki (str. 4, L.p. 5) znajduje się wymagany parametr „Zakres temperatur minimum od -10°C do +70°C”. Parametr ten ulega zmianie na: „**Zakres temperatur minimum od +3°C do +70°C**”.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

16.04.2019

data


Katarzyna Leśniak

imię, nazwisko i podpis prowadzącego sprawę

16.04.2019

data

podpis z imienną pieczęcią dysponenta środków

KIEROWNIK
Katedry Chemii Nieorganicznej,
Analitycznej i Elektrochemii

dr hab. inż. Wojciech Sitrka,
prof. nzw. w Pol. Śl.