

.....
(pieczęć jednostki Zamawiającej)

DOTYCZY:

**OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU-
ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT**

na mierniki do detekcji gazów (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa *)
zgodnie z ZP/007326/20 i ZP/007321/20

W zakresie niniejszego ogłoszenia zostały złożone pytania j.n., na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Bardzo proszę o informację czy dopuszczacie Państwo miernik do pomiaru LZO w zakresie pomiarowym 0- 2000 ppm?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 2

W jakim standardzie ma się odbywać komunikacja relacji nadajnik w detektorze LZO – odbiornik BLE czy Wi-Fi?

ODPOWIEDŹ: BLE – bluetooth

Pytanie 3

Jaka będzie odległość detektora LZO od odbiornika?

ODPOWIEDŹ: min. 1 m

Pytanie 4

Na jaki długi okres czasu będzie wymagana licencja dla oprogramowania w odbiorniku?

ODPOWIEDŹ: dożywotnio

Pytanie 5

Prosimy o podanie składu zestawu narzędzi dla miernika LZO?

ODPOWIEDŹ: narzędzia do podstawowej obsługi miernika, wykonywania pomiarów i podstawowego serwisu, m.in. czyszczenia, śrubokręt, płyn do mycia lampy PID.

Pytanie 6

Czy detektor LZO ma posiadać walizkę transportową?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 7

Czy w zestawie narzędzi ma być USB-USB kabel do komunikacji z PC?- i inne niezbędne akcesoria do ściągania danych i wykonania analizy, np. w Excelu ?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 8

Czy w zestawie akcesoriów ma być składana, aluminiowa sonda zdalnego dostępu z izolowanym uchwytem i 2 m rurki teflonowej. Sonda rozszerza się do 35 " całkowitej długości?

ODPOWIEDŹ: Jeśli jest konieczna do poprawnego wykonywania pomiarów to tak.

Pytanie 9

Czy należy dostarczyć ProRAE Suite Software CD for Windows™ 95, 98 & NT, 2000, XP, and ME

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 10

Czy detektor gazów toksycznych detekcji NH3 i H2S ma posiadać walizkę transportową

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 11

Czy do miernika nr 2 jest potrzebny wężyk do zdalnych poborów próbek który można dołączyć do pompki wbudowanej w detektor? Jeśli tak to jakiej długości (dostępne 3m, 6m, 9m)?

ODPOWIEDŹ: min. 3 m

Pytanie 12

Czy wraz z detektorami mają być dostarczone akcesoria kalibracyjne: pojemniki z gazami wzorcowymi i zawory redukcyjne do wykonywania bumptestów?

ODPOWIEDŹ: NIE, ale miernik powinien być już skalibrowany

Bausanowicz

07.08.2020

.....

data

.....
imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę

07.08.2020

.....

data

Dyrektor
Szkoły Doktorów
[Podpis]
prof. dr hab. Tadeusz Włeczorek

.....

podpis z imienną pieczęcią dysponenta środków