

Gliwice, 31.08.2020 r.

*Dotyczy postępowania na Wielostanowiskową komorę rękawicową (glovebox) z możliwością podłączenia napyłarki.*

Potencjalny wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

1) Czy dopuszczają Państwo:

- zastosowanie oczyszczacza O<sub>2</sub> oraz H<sub>2</sub>O o pojemności 36 litrów dla O<sub>2</sub> oraz 1.3 kg dla H<sub>2</sub>O?
- oświetlenie LED zamontowane wewnątrz komory

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów i obniżenie pojemności pochłaniacza tlenu do min. 36 litrów oraz wilgoci do 1,3 kg. Zamawiający zgadza się na zastosowanie oświetlenia LED wewnątrz komory.**

Z poważaniem,

