

Gliwice, 14.10.2020 r.

*Dotyczy postępowania na STANOWISKO POMPOWE ZŁOŻONE Z POMPY TURBOMOLEKULARNEJ I MEMBRANOWEJ DWUSTOPNIOWEJ POMPY PRÓŻNI WSTĘPNEJ WRAZ Z PEŁNOZAKRESOWĄ KOMPAKTOWĄ PRÓŻNIOWĄ GŁOWICĄ POMIAROWĄ I OPRZYRZĄDOWANIEM.*

Potencjalny wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

1) Czy dopuszczają Państwo:

Czy mogą Państwo zaakceptować redukcję wykonaną ze stali zamiast aluminium

· Punkt 12 - (Redukcja stożkowa DN 63 ISO-K/DN 40 ISO-KF, 40 mm, wykonana z aluminium (1 szt.)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgadza się na ofertę redukcji wykonanej ze stali nierdzewnej.**

Z poważaniem,

