

Gliwice, 03.11.2020 r.

*Dotyczy postępowania na KRIOSTAT OPTYCZNY Z PRÓBKĄ W PARACH AZOTU
PRZYSTOSOWANY DO POMIARÓW OPTYCZNYCH I OPTOELEKTRYCZNYCH W
ZESTAWIE Z REGULATOREM TEMPERATURY*


Potencjalny wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

1. W formularzu oferty dopuszczają Państwo zaoferowanie ceny w PLN lub EUR. Czy zgodzą się Państwo na rozliczenia z wykonawcą również w walucie USD?
2. W ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu pkt. 2. Opis i szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia ppkt. c) znajduje się zapis:

„Przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii, w ramach udzielanej gwarancji jakości w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych 30 dni.”

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższy zapis w ofercie:

„Przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii, w ramach udzielanej gwarancji jakości w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia i dokonanie jej usunięcia w ciągu kolejnych 30 dni. Przy konieczności sprowadzenia specjalistycznych części niezbędnych do naprawy okres usunięcia usterki lub awarii może ulec wydłużeniu do 60 dni, a jeśli zajdzie potrzeba wysyłki urządzenia do fabryki producenta - 90 dni.”



Uzasadnienie: motywujemy to tym, iż urządzenie produkowane jest w USA i w przypadku konieczności sprowadzania niezbędnych do naprawy części czy wysyłki urządzenia do fabryki dużą część czasu przeznaczoną na naprawę obejmuje transport oraz procedury gospodarcze (celne).

Odpowiedź:

AD 1. Zamawiający nie dopuszcza ofert w USD.

AD 2. Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w ofercie na:

„Przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii, w ramach udzielanej gwarancji jakości w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia i dokonanie jej usunięcia w ciągu kolejnych 30 dni. Przy konieczności sprowadzenia specjalistycznych części niezbędnych do naprawy okres usunięcia usterki lub awarii może ulec wydłużeniu do 60 dni, a jeśli zajdzie potrzeba wysyłki urządzenia do fabryki producenta - 90 dni.”

Z poważaniem,

