

Gliwice, 13.11.2020 r.

Dotyczy postępowania na dostawę jednego nowego generatora sygnałowego o paśmie częstotliwości do 4 GHz z interfejsem GPIB.

Potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 do 7 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.
2. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wydłużenie terminu usunięcia usterki lub awarii z 14 do 28 dni.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Maksymalny nieprzekraczalny termin dostawy to 21. grudnia 2020 r.

Ad.2. Z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości badań wykonywanych przy wykorzystaniu urządzenia maksymalny termin usunięcia usterki lub awarii nie może przekroczyć 14 dni.

Z wyrazami szacunku

