

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO (PRC)

I. Nazwa jednostki/komórki zamawiającej

Politechnika Śląska,
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Techniki Ciepłej,
ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice

na

system do analizy gazów FTIR z akcesoriami

W dniu 1.12.2020 r. Zbigniew Żmudka dokonał rozeznania cenowego.

II. Rozeznanie cenowe przeprowadzono na podstawie ofert:

1) imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

OMC Envag Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa; tel. 22 8587878 (110), e-mail: pow@envag.com.pl
cena: 484 620,00 zł (brutto), w załączeniu oferta/cennik/e-mail*

2) imię i nazwisko/nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki, tel. 22 6752567, e-mail: info@spectro-lab.pl

cena: 410 697,00 zł (brutto), w załączeniu oferta/cennik/e-mail*

III. Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia wykonawcy:

1) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

OMC Envag Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa; tel. 22 8587878 (110), e-mail: pow@envag.com.pl

2) Cena oferowana przez wykonawcę: 484 620,00 zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia zł)

IV. Powyższy wykonawca/złożona oferta (należy wybrać jedną z poniższych opcji i uzupełnić, jeżeli zachodzi stosowna okoliczność):

1) ☒ przedstawia najniższą cenę z oferowanych

W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego rozeznania uzyskano oferty od co najmniej trzech wykonawców, wystarczy zaznaczyć powyższy kwadrat, a gdy zostały złożone mniej niż trzy oferty, należy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy, opisać przebieg dokonanego rozeznania cenowego:

18.11.2020 roku na stronie Politechniki zostało opublikowane „Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – zaproszenie do składania ofert” z terminem składania ofert do dnia 30.11.2020r. W tym czasie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy OMC Envag Sp. z o.o., ponieważ tylko ta oferta spełnia wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne znajdujące się w tabeli parametrów technicznych.

Oferta złożona przez firmę Spectro-Lab Sp. z o.o. nie spełnia jednego z najbardziej istotnych wymagań, aby urządzenie było przenośne, pomimo iż oferent zaznaczył w tabeli parametrów technicznych, że jest spełnione. Zaproponowany przez firmę Spectro-Lab Sp. z o.o. analizator jest typowym urządzeniem stacjonarnym i laboratoryjnym, które zgodnie ze specyfikacją (dokumentacja urządzenia oraz informacje przesłane przez dostawcę, email z dnia: 20.10.2020 na etapie rozeznania rynku) waży ok. 60 kg. Urządzenie

stacjonarne umieszczone na wózku nie staje się przenośnym, jak to sugeruje oferent. Urządzenie przenośne to takie, które może pracować w zmiennych warunkach otoczenia oraz być przenoszone i obsługiwane przez jedną osobę.

System analizy gazów, który zgodnie z zapisami we wniosku powinien być przenośny, będzie wykorzystywany w różnych warunkach (laboratoryjne na hamowani silnikowej oraz trakcyjne), a także w różnych miejscach w zależności od lokalizacji wykonywanych badań. W laboratoriach Politechniki Śląskiej w Gliwicach (badania hamowniane i trakcyjne) oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (głównie w kontrolowanych warunkach jezdnych). Dlatego też w opisie przedmiotu zamówienia oferty wyraźnie było wskazane, że „*Badania emisji mini-traktora rolniczego odbędą się w warunkach trakcyjnych na hamowni podwoziowej oraz kontrolowanych warunkach jezdnych. System musi być przenośny, fabrycznie nowy, kompletny, wyposażony w niezbędne akcesoria i gotowy do prowadzenia analizy spalin.*” Zatem możliwość łatwego przenoszenia analizatora jest istotnym kryterium zakupu, którego nie spełnia analizator zaproponowany przez firmę Spectro-Lab Sp. z o.o. Ponadto zgodnie z dokumentacją techniczną oferowanego urządzenia przed przystąpieniem do przenoszenia analizatora, jego detektor musi być częściowo zdemontowany przez personel serwisowy. Dodatkowo przenoszenie tego urządzenia jest niewskazane, ponieważ może prowadzić do jego rozkalibrowania. W dokumentacji znajduje się także informacja o tym, iż urządzenie powinno być eksploatowane w stabilnych warunkach, o których nie może być mowy przy planowanym zakresie badań do wykonania w przedmiotowym projekcie.

Natomiast analizator zaproponowany przez firmę OMC Envag Sp. z o.o. jest typowym urządzeniem przenośnym. I jak już wspomniano spełniającym wszystkie wymagania zapisane w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Urządzenie jest odporne na działanie warunków zewnętrznych. Urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie w badaniach wykonywanych na skalę przemysłową w otwartej przestrzeni, w otoczeniu pyłów, dużej wilgotności oraz w miejscach, gdzie narażone jest na działania zmiennych warunków atmosferycznych i środowiska przemysłowego.

- 2) ☐ uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów ustalonych wg zasad określonych w zaproszeniu do składania ofert

W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego rozeznania uzyskano oferty od co najmniej trzech wykonawców, wystarczy zaznaczyć powyższy kwadrat, a gdy zostały złożone mniej niż trzy oferty, należy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy, opisać przebieg dokonanego rozeznania cenowego:

.....

- 3) ☐ została złożona przez wykonawcę, który jako jedyny jest zdolny zrealizować zamówienie

Należy podać merytoryczne, oparte na obiektywnych przesłankach uzasadnienie udzielenia zamówienia wskazanemu wykonawcy w przypadku, gdy zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę:

.....

1.12.2020 r. Zbigniew Żmudka



data, imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę

Zatwierdzam:

Kierownik projektu
08/060/ZZB/010

1.12.2020

dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PS

data, podpis z imienną pieczętką dysponenta środków