

Gliwice, dnia 23.04.2021

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na aparat USG do badań naczyniowych oraz kardiologicznych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:

Tabela parametrów technicznych

Pytanie 1

11	Badania przepływów z wykorzystaniem technik niedopplerowskich (markery akustyczne)
----	--

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, lidera rynku echokardiograficznego na świecie, który nie zapewnia możliwości badania przepływów z wykorzystaniem technik niedopplerowskich (markery akustyczne)? Obecnie tylko jeden dostawca (General Electric) może spełnić ww zapis. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna np. funkcję AutoDoppler.

Odp.

Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne względem rozwiązania metod niedopplerowskich pod warunkiem zachowania równoważnej funkcjonalności oraz równoważnej jakości pomiarów. Zamawiający wprowadził do Tabeli Parametrów technicznych stosowną poprawkę.

Pytanie 2

26	Pole widzenia minimum 100 stopni
----	----------------------------------

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, lidera rynku echokardiograficznego na świecie, wyposażony w głowice typu sector o polu widzenia 90 stopni, zakresie częstotliwości pracy od 1.0 do 5.0 MHz? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pola widzenia.

Pytanie 3

27	Liczba elementów co najmniej 250
----	----------------------------------

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, lidera rynku echokardiograficznego na świecie, wyposażony w głowice typu sector zbudowana z 80 elementów akustycznych PureWave, zakresie częstotliwości pracy od 1.0 do 5.0 MHz., polu widzenia 90 stopni? Krysztaly PureWave z których zbudowana jest głowica charakteryzują się większą czystością, jednorodnością i są o 85% bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy głowic. Technologia PureWave zapewnia lepszą penetrację u pacjentów trudnych do obrazowania.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie liczby elementów.

Pytanie 4

33

Mobilna stacja robocza wraz z oprogramowaniem - Analizę przepływów z wykorzystaniem metod niedopplerowskich (markery akustyczne)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy mobilna stacja robocza wraz z oprogramowaniem pomiarowym ale bez możliwości dokonania analizy przepływów z wykorzystaniem metod niedopplerowskich? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.

Analogicznie do pytania 1., Zamawiający dopuści zastąpienie oprogramowania do analizy przepływów metodami niedopplerowskimi oprogramowaniem do analizy przepływów metodami równoważnymi zgodnie z pkt 11 Tabeli parametrów technicznych. Zamawiający wprowadził do Tabeli Parametrów technicznych stosowną poprawkę.

Wzór umowy

Pytanie 5

§3 Kary umowne i odszkodowania ust. 1 b

10% kary umownej za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, to rażąco wygórowana stawka. Zwracamy się z prośbą o jej obniżenie do poziomu ogólnie przyjętego w zakresie zwłoki w serwisie aparatury, tj. 0,5% ceny umowy.

Odp.

Zamawiający wprowadzi zmiany we wzorze, zmieniając §3 Kary umowne i odszkodowania ust. 1 b na:

„b) **1% ceny umowy**, o której mowa w §2 ust. 1 – za każdy przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych, z wyjątkiem przypadków określonych w ww. pkt. a) “

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Zamawiający wprowadzi zmiany we wzorze umowy, zmieniając brzmienie §3 Kary umowne i odszkodowania ust. 4 na:

„łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% ceny umowy określonej w §2 ust. 1. Do łącznej wysokości kar umownych naliczonych Wykonawcy nie są wliczane kary, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.”

Powyższa informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i należy ją uwzględnić w przygotowywanej ofercie

Z poważaniem

Załącznik:

- formularz oferty cenowej - tabela parametrów technicznych
- wzór umowy